



Bogotá D.C., 11 de noviembre de 2015

**CERTIFICADO DE CALIBRACION
REGISTRO No. 2015-2017**

**EQUIPO : BOMBA DE MUESTREO
MODELO : ESCORT ELF
MARCA : MSA
SERIE N° : 3162
CLIENTE : HOSPITAL DEL SUR.**

Con la presente certificamos la calibración realizada al equipo de la referencia con base en el calibrador patrón de URIGO Ltda., modelo Optiflow S/N 431072, la bomba respondió a la calibración quedando seteada en :

Flujo de ajuste: 2.50 Lpm

Anexamos copia del Calibrador patrón utilizado

Calibrado por:

Alfonso Casas
Servicio Técnico