

Bogotá D.C., 28 de Agosto de 2015

**CERTIFICADO DE CALIBRACION
REGISTRO No. 2015-1339**

**EQUIPO : BOMBA DE MUESTREO
MODELO : ESCORT ELF
MARCA : MSA
SERIE N° : 3396
CLIENTE : UNIVERSIDAD NACIONAL.**

Con la presente certificamos la calibración realizada al equipo de la referencia con base en el calibrador patrón de URIGO Ltda., modelo Optiflow S/N 431072, la bomba respondió a la calibración quedando seteada en :

Flujo de ajuste: 2.50 Lpm

Anexamos copia del Calibrador patrón utilizado

Calibrado por:

Alfonso Casas
Servicio Técnico

URIGO SAS NIT: 860.006.237-6

Bogotá: Cll 15 No. 33-18 PBX: (57-1) 5950095 FAX: (57-1) 3513619 **Barrancabermeja:** Carrera 22 No. 48-54 Tel. (57-7) 6226276.
Cartagena: Km 1 Vía Mamonal – Bellavista – Bloc Port Oficina 26 Tel. (57-5) 6670625 - 6671965. **Resto del país:** 01-800 122110 A.A.
4479

Lo escuchamos en: inconformidades@urigo.com Visite nuestro sitio web www.urigo.com